

Lublin, 26.10.2022 r.

WOŹNIAK MAGDALENA Magdaleną Woźniak
ul. Tarasowa 4/109, 20-819 Lublin
NIP: 7122333893

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 06.10.2022 r. dotyczącego udzielenia zamówienia na dostawę rezonansu magnetycznego 1.5T wraz z niezbędnym oprogramowaniem i drobnym sprzętem medycznym w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej diagnostyki funkcjonalnej SSŻ wspomaganą numeryczną symulacją biomechaniki krążków stawowych” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1
Z DNIA 06.10.2022 r.**

1. Pytanie nr 1

Oferent:

Althea Polska sp. z o.o.
ul. Bielska, 4943-190 Mikołów
11.10.2022 r.

Pytanie:

„Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia rezonansu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz **wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.**”

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił propozycję Oferenta. Dokonano zmiany w treści Załącznika nr 4 do ZO 1:

§ 2 UST. 6:

Sprzedawca w ramach ustalonej Ceny zobowiązuje się dostarczyć i wydać Kupującemu wraz z Urządzeniem Medycznym, kody serwisowe oraz wszelkie niezbędne dane umożliwiające przeprowadzenie podstawowej opieki serwisowej Urządzenia Medycznego po wygaśnięciu

okresu gwarancyjnego również przez podmiot inny niż Sprzedawca wybrany samodzielnie przez Kupującego.

Tekst jednolity umowy stanowi Załącznik nr 4 do ZO 1 v.25.10.2022.

2. Pytanie nr 2:

Oferent:

Bertz Medical Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki
14.10.2022 r.

„Dotyczy: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – VIII. Pozostałe wyposażenie, poz. 2 Dwukomorowa strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego przystosowana do pracy w środowisku MR 1.5T

Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl przy badaniach MR do 3T, który jest równoważny ze wstrzykiwaczem dwukomorowym (posiada dwie komory do montażu środka kontrastowego oraz jedną do montażu NaCl).”

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptował propozycję Oferenta.



Magdalena Woźniak – Właściciel